

Phonak

Target 7.1.9

Korisnički priručnik za Phonak Target



Softver za podešavanje Phonak Target namijenjen je za kvalificirane akustičare za slušna pomagala za konfiguriranje, programiranje i podešavanje slušnih pomagala prema zahtjevima specifičima za korisnika u kliničkom okruženju. Ovaj vam korisnički priručnik pruža detaljan uvod u podešavanje slušnog pomagala s pomoću softvera Phonak Target. Osim toga, na početnom zaslonu softvera Phonak Target možete pronaći [Novosti].

Sadržaj

Struktura i navigacija.....	2
Priprema slušnih pomagala i uređaja CROS.....	2
Način rada Junior	2
Provjera prijemnika i akustični parametri.....	3
Test povratne informacije i test na stvarnome uhu.....	3
AudiogramDirect.....	4
Globalno podešavanje	4
TargetMatch.....	4
Pomoćnik za provjeru.....	4
Fino podešavanje	5
SoundRecover2	5
Tinnitus Balance	6
Opcije uređaja.....	6
Razmatranja bimodalnog podešavanja.....	6
Daljinska podrška.....	7
Informacije o sukladnosti i opisi simbola.....	8
Zahtjevi sustava	10

Struktura i navigacija

Tri kartice [Korisnik], [Instrumenti] i [Podešavanje], kao i nadzorna ploča iznad njih omogućuju vam jednostavnu navigaciju te pružaju informacije o statusu.

Možete držati pokazivač iznad svake od ikona na nadzornoj ploči da biste vidjeli ključne informacije kao što su datum izrade audiograma, serijski brojevi slušnih pomagala, formula podešavanja, status testa povratne informacije, strana za Bluetooth® i ostalo.

Client	Connect	Instruments	Fitting
Sve informacije o korisniku, kao što su osobni podaci, audiogram, vrijednost RECD i vrijednost REUG možete pronaći unutar dijela [Korisnik].	Slušna pomagala, akustični parametri i dodaci nalaze se pod [Instrumenti].	Sva podešavanja slušnog pomagala i fino podešavanje mogu se izvršiti pod [Podešavanje].	

Priprema slušnih pomagala i uređaja CROS

iCube II ili Noahlink Wireless™

Nisu potrebni kabeli za slušna pomagala. Jednostavno umetnите bateriju i uključite slušno pomagalo tako da zatvorite odjeljak za bateriju. Kod punjivih uređaja uključite slušno pomagalo.

NOAHlink™ ili HI-PRO® 2

Spojite kabele za programiranje na slušna pomagala i uređaj za podešavanje. Koristite se kabelima s oznakom Phonak.

Slušna pomagala Phonak Trial™

Slušna pomagala Phonak Trial nude se kao slušna pomagala BTE i RIC s mogućnošću izravnog povezivanja.

Na donjoj crnoj traci izbornika kliknite na [Trial i alati]. Odaberite [Slušna pomagala Trial] i [Konfiguriraj]. Odaberite željenu razinu rada i pritisnite [Nastavi]. Kad završite s postupkom, uređaji će biti spremni za podešavanje u sesiji podešavanja.

Način rada Junior

Ovisno o dobi vašeg djeteta, način rada Junior nudi zadane postavke za DSL ili NAL specifične za dob i konfiguracije slušnog pomagala optimizirane kako bi zadovoljile potrebe djece i njihovih obitelji. Način rada Junior uključuje četiri dobra raspona:

- 0 – 3 godine
- 4 – 8 godina
- 9 – 12 godina
- 13 – 18 godina

Te zadane postavke potvrdili su Pedijatrijski savjetodavni odbor tvrtke Phonak i Nacionalni laboratorij za akustiku. One služe kao početna točka za fleksibilno i učinkovito podešavanje na pedijatrijskim pacijentima. U dijelu [Postavljanje] možete podesiti i promijeniti zadane parametre načina rada Junior kako bi bolje odgovarali vašem radnom postupku podešavanja na pedijatrijskom pacijentu.

Unosom datuma rođenja automatski će se aktivirati upozorenje za podešavanje načina rada Junior za djecu u dobi od 0 do 18 godina nakon otvaranja sesije za novog korisnika. U padajućem izborniku možete ručno promijeniti odgovarajući dojni raspon za dijete ako smatrate da je bihevioralna/fizička dob različita od zadane kronološke dobi.

Kliknite na [Primjeni način rada Junior] da biste nastavili.

Obavijest o pričvršćivanju zaštite prikazat će se za djecu u dobi od 0 do 3 godine pri početnom povezivanju slušnih pomagala. Ako dostupno slušno pomagalo nema zaštitu, prikazat će se druga obavijest.

Prijenos podešavanja

Target vam omogućuje prijenos postavki iz sesije podešavanja na novi odabir slušnih pomagala. Alat za prijenos podešavanja možete pronaći u padajućem izborniku [Podešavanje] koji se nalazi na gornjoj crnoj traci izbornika. Tijekom postupka prijenosa Target će vas obavijestiti o tome koje se postavke mogu ili ne mogu prenijeti.

Prijenos podešavanja nije moguć s bimodalnog podešavanja i na njega.

Povezivanje slušnih pomagala

Unutar korisnikove sesije podešavanja potvrdite da je prikazan ispravan uređaj za podešavanje. Da biste promijenili uređaj za podešavanje, koristite se strelicom za padajući izbornik pokraj uređaja za podešavanje na nadzornoj ploči.

Kliknite na [Poveži] da biste započeli podešavanje. Povezana slušna pomagala prikazat će se na nadzornoj ploči. Uređaji dostupni za uparivanje prikazat će se automatski.

Ako se uređaj ne pronađe, otvorite/zatvorite poklopac odjeljka za bateriju ili isključite/uključite punjiva slušna pomagala kako biste pokrenuli način uparivanja.

Pritisnите višenamjensku tipku na slušnom pomagalu kako biste ga označili na popisu kada je dostupno više uređaja ili kako biste potvrdili stranu za dodjeljivanje korisniku.

Podaci o audiogramu sa sučelja Noah™ automatski će se uvesti u Phonak Target i uzeti u obzir tijekom prethodnog izračuna. U samostalnoj verziji softvera Target unesite audiogram na zaslonu [Audiogram].

Provjera prijemnika i akustični parametri

Pod [Instrumenti] > [Akustični parametri] unesite ili potvrdite ispravne informacije o povezivanju.

Ako korisnik ima prilagođenu slušalicu koju je proizvela tvrtka Phonak, može se unijeti akustični kôd sa slušalicom. Akustični kôd je šesteroznamenkasti kôd isписан на slušalici.

Priklučeni prijemnik postavljen na slušno pomagalo automatski se provjerava u odnosu na ono što je odabrano u softveru Target kada su povezana slušna pomagala. Ta se provjera također može izvršiti klikom na [Provjeri] na zaslonu s akustičnim parametrima. Ako postoji neusklađenost, možete je ispraviti na zaslonu s akustičnim parametrima ili zamjenom prijemnika kako bi odgovarao onome što je unesen u softver Target.

Dodaci

Dodatke je moguće ručno odabrati pod [Instrumenti] > [Dodaci]. Označite [Prikaži samo kompatibilne dodatke] kako biste vidjeli samo popis dodataka koji su kompatibilni s odabranim slušnim pomagalima.

Test povratne informacije i test na stvarnome uhu

Kliknite na [Podešavanje] da biste pristupili opciji [Test povratne informacije i test na stvarnome uhu]. Test povratne informacije može se provesti u oba uha istodobno ili u svakome uhu zasebno. Kliknite na [D] / [Pokreni oba] / [L] da biste pokrenuli test.

AudiogramDirect

AudiogramDirect je test sluha in situ u sklopu softvera Phonak Target. Korisnikov sluh možete testirati izravno putem njegovih slušnih pomagala. AudiogramDirect ne zamjenjuje dijagnostičke audioloske procjene.

Da biste promijenili zadano ponašanje za mjerjenje AC-a i UCL-a, idite na [Postavljanje] > [Sesija podešavanja] > [AudiogramDirect].

Kliknite na [AudiogramDirect] > [Pokreni] da biste testirali pragove sluha provođenjem zraka (engl. air conduction, AC) i razine neugodne glasnoće (engl. uncomfortable loudness levels, UCL) s pomoću povezanih slušnih pomagala. Mjerjenja UCL-a opcionalna su i onemogućena su tijekom sesije daljinske podrške za Phonak.

Globalno podešavanje

Idite na [Globalno podešavanje] > [Početno podešavanje] ako su potrebna podešavanja razine pojačanja, kompenzacije okluzije ili kompresije. Postavke razine pojačanja i kompresije temelje se na korisnikovu doživljaju uporabe i odabranoj formuli za podešavanje.

Ovisno o povezanim slušnim pomagalima, dodatnim alatima kao što su [Tinnitus Balance] i [CROS Balance] može se pristupiti putem kartice na donjem dijelu zaslona. Da biste podesili omjer glasnoće između uređaja CROS i slušnog pomagala, kliknite na [CROS Balance].

Auto Acclimatization

Automatski priviknite korisnika na veću ukupnu razinu pojačanja postavljanjem ciljne razine pojačanja za koju želite da je slušno pomagalo dosegne i broja dana koji je slušnom pomagalu potreban za dostizanje tog ciljnog pojačanja.

Odaberite [Auto acclimatization] u izborniku za razinu pojačanja u kartici [Početno podešavanje]. Odredite početnu razinu, krajnju razinu i trajanje tijekom kojeg se pojačanje slušnog pomagala automatski povećava na postavljenu krajnju razinu.

TargetMatch

TargetMatch je automatizirani sustav navođenja za mjerjenja na stvarnome uhu. Navodi vas kroz radni postupak korak po korak za postavljanje cjevčice sa sondom, mjerjenje stvarnog uha i automatsko usklađivanje ciljnih vrijednosti.

TargetMatch je dostupan kada se Target upotrebljava u sklopu sučelja Noah.

Kliknite na [D] / [Pokreni oba] / [L] da biste pokrenuli TargetMatch. Pomoćnik će vas potom voditi kroz niz koraka.

Pomoćnik za provjeru

Kada se provjera obavlja izvan sustava TargetMatch, širok raspon shema za obradu signala, varijable pojačanja i kompresije, snižavanje frekvencije i algoritmi za upravljanje šumom u slušnim pomagalima mogu utjecati na provjeru postavki pojačanja i MPO-a. Da biste se nosili s tim izazovima, omogućite Pomoćnika za provjeru da biste isključili prilagodljive značajke radi pojednostavljenog postupka provjere.

Pomoćniku za provjeru možete pristupiti putem [Fino podešavanje] > [Pojačanje i MPO] > [Pomoćnik za provjeru]. Pomoćnik će vas potom voditi kroz niz koraka.

Fino podešavanje

Fino podešavanje omogućuje pristup specifičnijim funkcionalnostima podešavanja kao što je podešavanje pojačanja i MPO-a, kao i značajke performansi sluha i pročišćavanja zvuka, radi individualiziranog podešavanja.

Ljeva strana zaslona [Fino podešavanje] upotrebljava se za upravljanje programima. Ovdje se mogu podesiti početni program, struktura programa i programi za strujanje.

Kliknite na [Svi programi] da biste istodobno podesili sve programe. Kliknite na [AutoSense OS] da biste izmijenili sve automatske akustične programe ili [AutoSense OS (strujanje)] da biste izmijenili AutoSense OS™ za strujanje.

Da biste izmijenili jedan program, kliknite na program, npr. [Mirna situacija], na popisu i podesite ga prema potrebi.

Kliknite na ikonu [+] da biste dodali dodatni ručni program.

Strelice za poništavanje/ponavljanje poništenog nalaze se pokraj opcije [Fino podešavanje] i može ih se upotrebjavati za poništavanje ili ponavljanje poništenih koraka na zaslonu za fino podešavanje.

Vrijednosti pojačanja mogu se podesiti za tihe, umjereni glasne i glasne ulazne zvukove, kao i za maksimalnu izlaznu snagu (MPO).

Fino podešavanje čujnosti

Uzorci zvuka koje je moguće odabrati i s njima povezano pojačanje prikazani su na prikazu krivulje. Uzorke zvuka moguće je reproducirati kako bi se simulirala određena slušna okolina.

Vrijednosti pojačanja prikazuju se za tihe, umjereni glasne i glasne ulazne zvukove. Podešavanja utječu samo na razine pojačanja i frekvencije koje su bitne za poboljšanje čujnosti odabranih podražaja, a naznačene su različitim nijansama crvene boje (desno) i plave boje (lijevo).

Automatsko fino podešavanje

To je alat za fino podešavanje koje ovisi o situaciji. Dostupna podešavanja ovise o korisnikovoj procjeni zvučne situacije. Ovisno o odabranom programu unaprijed se odabire preporučeni uzorak zvuka. Uzorke zvuka moguće je reproducirati kako bi se simulirala slušna okolina.

Opcije programa

Opcije programa moguće je podesiti u odnosu na zadane postavke. Značajke je moguće aktivirati, deaktivirati ili im promijeniti jačinu za svaki program pojedinačno. Dostupni rasponi u svakoj od ljestvica vidljivi su i ovise o razini rada.

Za slušna pomagala s mogućnošću izravnog povezivanja moguće je izmijeniti zadano ponašanje prebacivanja radi pristupanja strujanju za TV Connector, Roger™ i PartnerMic™.

SoundRecover2

SoundRecover2 je sustav kompresije frekvencije prilagodljivog ponašanja.

SoundRecover2 je:

- Uključen prema zadanim postavkama za ravne krivulje praga oštećenja sluha ili za oštećenje u visokim frekvencijama pri kojima prag od 8 kHz predstavlja oštećenje sluha od 45 dB ili slabije.
- Isključen prema zadanim postavkama za oštećenja sluha u niskim frekvencijama (obrnuta krivulja) ($8 \text{ kHz} \geq 30 \text{ dB}$, bolje nego 3 kHz).

Za onemogućivanje sustava SoundRecover2 kliknite na [Fino podešavanje] > [SoundRecover2]. Onemogućite označivanjem potvrdnog okvira [Omogući SoundRecover2].

Za fino podešavanje sustava SoundRecover2 kliknite na [Fino podešavanje] > [SoundRecover2].

- Pomaknите klizač prema opciji [Čujnost] da biste povećali sposobnost detektiranja glasova /s/ i /š/.
- Pomaknите klizač prema opciji [Razlikovanje] da biste povećali sposobnost uočavanja razlike između glasova /s/ i /š/.
- Pomaknите klizač prema opciji [Udobnost] da biste povećali prirodnost zvukova, kao što su muški glasovi, vlastiti glas ili glazba.

Tinnitus Balance

Generator šuma Tinnitus Balance sredstvo je za obogaćivanje zvuka koje se može upotrebljavati kao dio programa za upravljanje tinitusom.

Generator šuma može se omogućiti ili onemogućiti pod [Podešavanje] > [Globalno podešavanje] > [Tinnitus Balance]. Kada je omogućen, oblik generiranog šuma prikazan je zelenom bojom. Prikaz krivulje mora biti postavljen na [Izlaz].

Zadane karakteristike računaju se na temelju korisnikova audiograma. U padajućem izborniku [Oblik opcije Tinnitus Balance] zadana postavka [Postavi na oštećenje sluha] može se izmijeniti u [Postavi na bijeli šum] ili [Postavi na ružičasti šum].

Maksimalna izlazna razina generatora šuma Tinnitus Balance ograničena je na 85 dB(A). U skladu s preporukama za uobičajeno izlaganje šumovima poruka upozorenja prikazat će se kad razina generatora šuma premaši 80 dB(A). Ako se to dogodi, preporučeno maksimalno vrijeme nošenja na dan prikazat će se ispod maksimalne razine šuma.

Detaljnija podešavanja generatora šuma Tinnitus Balance možete pronaći pod [Fino podešavanje] > [Tinnitus Balance].

Opcija Tinnitus Balance nije dostupna u slušnim pomagalima Phonak Sky™. Phonak nema nikakve preporučene smjernice za kliničko podešavanje za podešavanje opcije Tinnitus Balance za djecu mlađu od 18 godina.

DataLogging

Opcija DataLogging za evidentiranje podataka može pružiti informacije o slušnim okolinama u kojima se korisnik nalazio te o duljini boravka u tim slušnim okolinama. Da biste pristupili informacijama o evidentiranju podataka DataLogging, idite na [Podešavanje] > [DataLogging].

Opcije uređaja

Klikom na [Opcije uređaja] možete konfigurirati opcije slušnog pomagala kao što su ručne kontrole, signali i upozorenja, ponašanje prilikom pokretanja ili evidentiranje podataka (DataLogging).

Kada je slušno pomagalo povezano, svaku konfiguraciju moguće je demonstrirati na slušnom pomagalu pod [Signali i upozorenja].

Kod slušnih pomagala Phonak s mogućnošću izravnog povezivanja dodatne postavke kao što su konfiguriranje naziva za Bluetooth, strane i upravljanja uparivanjima mogu se pronaći klikom na [Bluetooth].

Postoji opcija slanja e-poštom ili ispisivanja prilagodljivog izvješća o podešavanju za korisnika kako bi ga ponio kući. Izvješće sadržava informacije o uređaju, kao i informacije o programu.

Razmatranja bimodalnog podešavanja

Phonak Naída™ Link M može se upotrebljavati u bimodalnom podešavanju s procesorom zvuka Advanced Bionics (AB) Naída™ CI M. Phonak Sky™ Link M može se upotrebljavati u bimodalnom podešavanju s procesorom zvuka AB Sky CI™ M.

Otvorite sesiju podešavanja i potvrdite da se prikazuje Noahlink Wireless. Povežite i slušno pomagalo i procesor zvuka da biste započeli podešavanje. Uređaji dostupni za uparivanje prikazat će se automatski. Nakon povezivanja slušnog pomagala i procesora zvuka na korisnikovu sesiju podešavanja Target će automatski uskladiti strukturu programa i opcije uređaja slušnog pomagala kako bi odgovarale procesoru zvuka.

Nastavite s uporabom softvera Phonak Target kao što biste i nastavili u standardnoj sesiji podešavanja kako biste dovršili podešavanje slušnog pomagala Naída Link M ili Sky Link M.

Procesor zvuka je u načinu rada samo za čitanje. Na procesoru zvuka nije moguće unositi promjene niti ih spremati. Postavke procesora zvuka možete pregledavati i koristiti se tim informacijama za usklađivanje relevantnih postavki na strani slušnog pomagala.

Bežična veza između slušnog pomagala i procesora zvuka pokreće se automatski nakon što se prekine veza između njih i sesije podešavanja.

Daljinska podrška

Daljinska podrška za Phonak namijenjena je kao podrška za korisnikovo podešavanje pružanjem njegu za slušno pomagalo s udaljenosti.

Zahtjevi

- Najnovija dostupna inačica softvera Phonak Target za optimalno iskustvo.
- Najnovija inačica aplikacije myPhonak instalirana na korisnikovu mobilnom telefonu.
- Račun Advanced PhonakPro s aktiviranom daljinskom podrškom. (Primjenjivo samo u određenim zemljama.)
- Početno podešavanje slušnog pomagala mora se provesti u klinici.
- Računalo s integriranim web-kamerom ili mikrofonom ili vanjskom web-kamerom i mikrofonom spojenima na računalo. Za bolju kvalitetu zvuka upotrebjavajte slušalice povezane s mikrofonom.
- Stabilna internetska veza (Wi-Fi, LAN ili 4G) s vezom za prijenos podataka od najmanje 5 Mbit/s za učitavanja i preuzimanja. Korisnici koji upotrebljavaju 4G mrežu mogu imati dodatne troškove za podatkovni promet ovisno o njihovom ugovoru.

Internetska veza može se provjeriti unutar softvera Target kako bi se osiguralo da je postavljanje prikladno za sesiju daljinske podrške. Kliknite na [Postavljanje] > [Internet] > [Internetske usluge] > [Testiranje veze]. Nakon završetka prikazat će se status.

Postavljanje za daljinsku podršku

Odaberite korisnika za daljinsku podršku. Ako je dostupna više od jedna lokacija klinike, odaberite kliniku u kojoj će se održati sesija daljinske podrške.

Kliknite na [Prijava u PhonakPro] da biste se prijavili u PhonakPro ili izradili novi račun za PhonakPro. Račun za PhonakPro primjenjiv je samo u određenim zemljama.

Početno podešavanje slušnog pomagala mora se provesti u klinici. Nakon klika na [Spremi i zatvori sesiju] omogućuje se daljinska podrška. Da biste aktivirali daljinsku podršku u kompatibilnim slušnim pomagalima za postojećeg korisnika, slušna pomagala moraju biti povezana na softver Target u klinici. Nakon spremanja sesije aktivira se daljinsko podešavanje.

Korisnik mora preuzeti aplikaciju myPhonak na svoj pametni telefon i upariti slušna pomagala s aplikacijom kako bi se mogla održati sesija daljinske podrške.

Videopoziv i kontrolna sesija

Preporučuje se da korisnik ima nove baterije u svojim slušnim pomagalima ili da su mu punjiva slušna pomagala dovoljno napunjena prije nego što se spoji na sesiju daljinske podrške.

Kliknite na [Pokreni daljinsku podršku]. Vi i vaš korisnik spojiti ćete se na videopoziv. Možda ćete trebati pričekati da korisnik pristupi sesiji daljinske podrške za Phonak putem aplikacije myPhonak.

Nakon što se spojite, vidjet ćete i čuti korisnika. Pobrinite se da su videoprikaz i mikrofon na vašem računalu omogućeni. Prebacivanje između integriranog ili vanjskog mikrofona ili web-kamere može se provoditi prije ili tijekom sesije klikom na kotačić s postavkama koji se nalazi u gornjem desnom kutu zaslona Daljinska podrška. Čim korisnik pristupi sesiji daljinske podrške i prihvati zahtjeve za kameru i mikrofon na svojem pametnom telefonu, oba videoprikaza prikazuju se na zaslonu.

Ikona  postaje vidljiva kada se uspostavi veza s korisnikovim slušnim pomagalima. Nakon povezivanja slušnih pomagala koristite se softverom Target kao što biste se i inače koristili u kontrolnoj sesiji. Slušna se pomagala prikazuju uživo i sva podešavanja koja unosite šalju se do slušnih pomagala u stvarnome vremenu.

Nije moguće završiti daljinsku podršku za Phonak s korisnikom sve dok ne spremite i zatvorite sesiju podešavanja u softveru Target. U slučaju da se tijekom aktivne sesije daljinske podrške prekine veza između korisnikovih slušnih pomagala i softvera Target, slušna pomagala ponovno će se pokrenuti i zadržati zadnju važeću postavku.

Završetak sesije podešavanja

Sesiju možete zatvoriti u bilo kojem trenutku klikom na [Spremi i zatvori sesiju] u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite stavke za spremanje. Dijaloški okvir za spremanje potvrdit će uspješno spremanje slušnih pomagala i dodataka. Nakon spremanja Phonak Target će vas voditi do početnog zaslona. Ako radite putem sučelja Noah, možete se vratiti na Noah klikom na [Natrag na NOAH] u gornjem desnom kutu početnog zaslona.

Informacije o sukladnosti i opisi simbola

Informacije o sukladnosti

Europa: Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Sonova AG izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. Puni tekst Izjave o sukladnosti možete zatražiti od proizvođača: www.phonak.com/us/en/certificates

Za besplatan primjerak uputa za uporabu u papirnatom obliku obratite se lokalnom predstavniku proizvođača. Primjerak će biti poslan u roku od 7 dana.

Svaki ozbiljan štetni događaj do kojeg dođe u vezi s ovim proizvodom potrebno je prijaviti predstavniku proizvođača i nadležnom tijelu u zemlji prebivališta. Ozbiljni štetni događaj opisuje se kao bilo koji štetni događaj koji je izravno ili neizravno uzrokovao, ili postoji mogućnost da je uzrokovao ili da će uzrokovati, nešto od sljedećeg:

- smrt korisnika, rukovatelja ili druge osobe
- privremeno ili trajno teško pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika, rukovatelja ili druge osobe
- ozbiljnu prijetnju za javno zdravlje

Sigurnosna obavijest:

Podaci o pacijentu privatni su podaci i njihova je zaštita važna:

- Operacijski sustav mora biti ažuriran.
- Aktivirajte prijavu za korisnike sustava Windows, upotrebljavajte jake lozinke i čuvajte tajnost vjerodajnica.
- Upotrebljavajte adekvatnu i ažurnu zaštitu od zlonamjernog softvera i antivirusnu zaštitu.

Ovisno o nacionalnim zakonima, možda ćete trebati šifrirati sve podatke o korisnicima kako ne biste bili odgovorni u slučaju gubitka i/ili krađe podataka. Možete se koristiti šifriranjem pogona (npr. besplatni Microsoft BitLocker) da biste zaštitili sve podatke na svom računalu. Ako radite putem sučelja Noah, razmotrite uporabu šifriranja baze podataka Noah.

Podaci obavezno u svakom trenutku moraju biti sigurni:

- Prilikom prijenosa podataka nesigurnim kanalima šaljite anonimne podatke ili ih šifrirajte.
- Zaštitite sigurnosne kopije podatka ne samo od gubitka podataka, nego i od krađe.
- Uklonite sve podatke s podatkovnih medija koji se više ne upotrebljavaju ili će se odložiti u otpad.

Imajte na umu da ovaj popis nije potpun.

Opisi simbola

	Simbolom CE tvrtka Sonova AG potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. Brojevi nakon simbola CE označavaju šifru certificiranih ustanova koje su potvrdile usklađenost s gore navedenom uredbom.
	Kombinirani simbol „proizvođač medicinskog proizvoda“ i „datum proizvodnje“ kako je definirano u Uredbi Europske unije (EU) 2017/745
	Označava ovlaštenog zastupnika u Europskoj zajednici. Predstavnik za EZ također je uvoznik za Europsku uniju.
	Označava da je proizvod medicinski proizvod
	Označava kataloški broj proizvođača kako bi se medicinski proizvod mogao identificirati.
	Pročitajte upute za uporabu. Upute možete pronaći na web-mjestu www.phonakpro.com .
	Pruža dodatno objašnjenje značajke ili funkcionalnosti.
	Istiće relevantne informacije o podešavanju koje se primjenjuju
	Ukazuje na ograničenje u funkcionalnosti koje može utjecati na doživljaj korisnika ili ističe važne informacije na koje se mora обратiti pozornost
	Certifikacijski pečat NOAHSEAL tvrtke HIMSA

Zahtjevi sustava

Operacijski sustav	<ul style="list-style-type: none">Windows 10, Home / Pro / EnterpriseWindows 8.1, Pro / EnterpriseWindows 7, najnoviji servisni paket, Enterprise s proširenim sigurnosnim ažuriranjem
Procesor	Intel Core ili boljih performansi
RAM	4 GB ili više
Prostor tvrdog diska	3 GB ili više
Razlučivost zaslona	1280 x 1024 piksela ili veća
Grafička kartica	16 milijuna (24-bitni prikaz) boja zaslona ili više
Pogon	DVD
Serijski COM priključak	Samo ako se upotrebljava RS-232 HI-PRO
USB priključci	<ul style="list-style-type: none">Prilagodnik za BluetoothProgramiranje dodatakaHI-PRO ako ga se upotrebljava putem USB priključkaNoahlink Wireless
Sučelja za programiranje	Noahlink Wireless/ iCube II/ NOAHlink/ RS-232 HI-PRO/ HI-PRO USB/ HI-PRO 2
Upravljački program za Noahlink	Najnovija dostupna inačica
Upravljački program za Noahlink Wireless	Najnovija dostupna inačica
Internetska veza	Preporučeno
Zvučna kartica	Stereo ili surround 5.1
Sustav za reprodukciju	20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
Inačica sučelja NOAH	Najnovija inačica (NOAH 4.4.2280 ili novija) Provjerite ograničenja sučelja NOAH za 64-bitni operacijski sustav Windows na http://www.himsa.com
TargetMatch	Noah inačica 4.4.2280 ili novija Natus® Otosuite 4.81.00 ili noviji Natus Aurical FreeFit za REM i Aurical HIT za mjerenja s pomoću testne kutije

Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Sonova AG u skladu je s licencijom.

Oznaka CE primjenjena 2021. godine



18.8.2021.

Proizvođač:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švicarska



058-0125-719

Phonak Target 7.1.9 DVD