

Phonak Target™ 4.2

August 2015

Tilpasningsveiledning

Denne veilederen gir detaljert introduksjon til tilpasning av høreapparat med Phonak Target.



www.phonakpro.com/target_guide

Se også [Nyheter] i oppstartskjermbildet til Phonak Target.

Innhold

Innhold	1
Struktur og navigering.....	2
Klargjøring av høreapparatene.....	2
Tilkobling av apparatene.....	2
Kontroll av de akustiske parameterne	2
Tilbehør	3
Grunninnstillinger	4
Finjustering	5
Fullføring av tilpasningsøkten	7

Struktur og navigering

De tre fanene [Klient], [Apparater] og [Tilpasning] samt instrumentpanelet over tilrettelegger for enkel navigering og statusinformasjon.

Instrumentpanelet viser tilpasningsstatus og inneholder snarveier.



All kundeinformasjon, slik som personlige data og audiogram befinner seg under denne fanen.

Alle høreapparater, akustisk sammenkobling, fjernkontroller og annet tilbehør er lagt inn her.

Alle justeringer av utstyr utføres her.


Klargjøring av høreapparatene

iCube / iCube II

Det er ikke nødvendig med kabler til høreapparatene. Bare sett inn batteriet og skru på høreapparatet ved å lukke batterirommet.

NOAHlink eller HI-PRO

Koble programmeringskablene til høreapparatene og til tilpasningsenheten.



Tilkobling av apparatene

Bekreft at riktig tilpasningsenhet vises. Bruk nedtrekkspilen ved siden av tilpasningsenheten for å endre tilpasningsenheten.



Klikk på [KOBLE TIL] for å starte tilpasningen. De tilkoblede høreapparatene vises på instrumentpanelet.


Audiogramdata fra NOAH importeres automatisk inn i Phonak Target og brukes i forhåndsberegningen.

Kontroll av de akustiske parameterne

Du kan vise eller endre akustiske parametere når som helst.

Klikk på fanen [Apparater].

I skjermbildet [Akustiske parametre] velger du riktig sammenkobling.




Tilbehør

Phonak Target identifiserer tilkoblet tilbehør automatisk. Du bare kobler dem til under tilpasningen. Det registrerte tilbehøret vises på instrumentpanelet ved siden av de tilkoblede høreapparatene.

PilotOne / PilotOne II: Ta alltid ut batteriet før du kobler til USB-kabelen.

Tilbehør kan også velges manuelt i fanen [Apparater] > [Tilbehør].

Under lagringen vises tilbehøret i en liste i dialogvinduet for lagring.



Feedback og real ear test


Klikk på fanen [Tilpasning] for å få tilgang til [Feedback og real ear test].

Klikk på [R] / [RL] / [L] for å kjøre testen. Testen kan kjøres i begge ørene etter hverandre uten å stoppe, eller i ett øre om gangen.

Når du skal bruke disse testresultatene til å beregne forventet RECD og innstillinger for akustiske parametere, velger du avkrysningsboksen [Bruk estimert RECD og vent].

Avkrysningsboksen er bare tilgjengelig hvis systemet er i stand til å utføre estimering av RECD og ventilering.

Det anbefales å kjøre Feedback og real ear test før testing med AudiogramDirect.




AudiogramDirect

Klikk på [AudiogramDirect] for å teste høreterskler og UCL-er ved hjelp av de tilkoblede høreapparatene.

Klikk på [Start AudiogramDirect] og følg instruksjonene.

Åpne [audiogram historikk] for å få tilgang til tidligere hørselstester slik at du kan sammenligne og vurdere hørselstapets forløp.


I oppsettet for Phonak Target (tilgang via startskjerm bildet) kan du fastsette ønsket måleatferd.



Grunninnstillinger

Gå til [Grunninnstillinger] hvis justeringer på [Forsterkningsnivå], [Kompenser for okklusjon], [BassBoost] eller [Kompresjonsinnstillinger] er nødvendig. Verktøyet kan velges via fanene i den nedre delen av skjermbildet.

Forsterkningsnivå og kompresjonsinnstillinger er basert på kundens brukserfaringer og den valgte tilpasningsformelen.




Tilvenningskontroll

Tilvenningskontroll er tilgjengelig i skjermbildet [Grunninnstillinger] for alle Phonak Quest- og Venturer-høreapparater.

Du kan angi en varighet slik at forsterkningen på høreapparatet automatisk øker til et angitt forsterkningsnivå.


Det anbefales å kjøre Feedback og real ear test før aktivering av tilvenningskontroll.



Kompresjonsinnstillinger

[Kompresjon] er valgt med mindre kunden er en langvarig bruker av lineær signalbehandling. I så fall er ofte [Semi lineær] valgt. Dette alternativet gjør kompresjonsegenskapene mer lineære enn det den valgte tilpasningsformelen anbefaler, for dermed å lette overgangen fra lineær signalbehandling.

Du kan også velge [Lineær] manuelt. Dette alternativet opprettholder målene fra den valgte tilpasningsformelen samtidig som alle kompresjonsinnstillinger er så lineære som mulig.



Sanntidsvisning

Klikk på [Klient visning] for å få tilgang til sanntidsvisning.

Sanntidsvisning er tilgjengelig for alle høreapparater som et kurvevisningsalternativ, i en brukervennlig forstørret visning eller på en annen skjerm.

Forbedring av taleforståelighet, forsterkning, lydssignal, SoundRecover og kanalopplosning kan lett demonstreres, spesielt med de tilgjengelige stereo- eller surroundlydene.



Finjustering


Venstre side av skjermbildet [Finjustering] brukes til håndtering av programmene.

Klikk på [Alle programmer] for å justere alle programmene sammen, klikk på [AutoSense OS] for å endre bare automatiske programmer, eller klikk på ett program, for eksempel [Rolig situasjon], i listen for å justere bare dette programmet.

Klikk på [+]–ikonene for å legge til en ekstra håndbok, et enkelt program eller overføringsprogram.

Du kan administrere programmene ved å klikke på [Åpne programvelger] over programmene. Her kan du foreta ytterligere programjusteringer.

Funksjonen angre/gjenta finnes på menylinjen øverst i skjermbildet. Klikk på denne funksjonen hvis du ønsker å angre eller gjenta trinnene i skjermbildet for finjustering.




Fanene i den nedre delen av skjermbildet gir deg tilgang til tilpasningsverktøyene. Hvert enkelt verktøy tilbyr spesifikke modifikatorer for å finjustere høreapparatet.

Forsterkning og MPO

Velg forsterkningsverdier med markøren for å justere dem. Forsterkningsverdiene kan justeres til svake, moderate og høye inngangsllyder. Det optimale tilpasningsområdet er tilgjengelig hvis de enkelte UCL-verdiene legges inn i kundens audiogram.

Når du skal endre MPO i alle kanalene, klikker du på [MPO] som vises til venstre ved siden av MPO-verdiene. Den generelle forsterkningen kan endres ved å klikke på [Forsterking].


Kompresjonsgraden for hver kanal vises i raden rett under forsterkningsverdiene.



Finjustering for hørbarhet

Valgbare lydprøver og tilknyttet forsterkning vises i kurvevisningen. Lydprøvene kan spilles av for å simulere et bestemt lyttemiljø.

Forsterkningsverdiene vises for lavt, moderat og høyt innsignal. Justeringer vil kun påvirke forsterkningsnivåer og frekvenser som er relevante for å forbedre hørbarheten for valgt stimuli, indikert av de forskjellige gradene av rødt/høyre og blått/venstre.




Programalternativer

Lydrengingsfunksjoner kan finjusteres individuelt når det er behov for det. Gjeldende innstillinger er angitt i skalaer fra 0 til 20, og de tilgjengelige områdene for hver skala vises.

Et spesiallaget program er tilgjengelig som et tilleggsprogram.

Justeringer av lydrenningsfunksjoner som gjøres med FlexControl, vil bli vist i oppfølgingsøker dersom loggerte data er tilgjengelige.




SoundRecover

De individuelle SoundRecover-innstillingene som er angitt i forhåndsberegningen, kan finjusteres. Når det gjelder binaural tilpasning, beregnes cut-off frekvensen og frekvenskompresjon basert på øret som hører best.

Kontroller SoundRecover-innstillingene hvis ikke-kompatible høreapparater skal tilpasses sammen i én økt.

Mengden frekvenskompresjon kan økes eller reduseres etter ønske for å bedre taleforståelighet, hørbarhet og lydqualität.


Tilpasningsverktøyet SoundRecover kan utvides til å justere kritisk frekvens og kompresjonsgrad uavhengig av hverandre. Klikk på [Avansert] for å få tilgang til denne funksjonen.



TK/forsterkning 35 dB

Forsterkningen av veldig svake (G35) inngangsllyder kan justeres med dette justeringsverktøyet. En forsterkningsøkning for veldig svake inngangsllyder senker TK-verdiene og motsatt.

Velg verdier med markøren for å justere dem. Under forsterkningsverdiene vises TK-verdiene for hver kanal. Forsterknings-/lydsignalsskurven for veldig svake inngangsllyder vises i kurven i displayet.




Automatisk finjustering

Automatisk finjustering er et situasjonsbasert verktøy for finjustering. De tilgjengelige justeringene avhenger av kundens vurdering av lydsituasjonen.

Finjusteringstrinnene vises tydelig før handlingen blir lagt inn av høreapparatspesialisten. En anbefalt lydprøve velges i forkant, avhengig av det valgte programmet.


Lydprøvene kan spilles av for å simulere et lyttemiljø.



Resultater fra fonemoppfatningstest


Resultater fra en foregående fonemoppfatningstest kan vises og brukes til å forbedre tilpasningen. Skjermbildet [PPT resultater] er bare tilgjengelig hvis kompatible testresultater er tilgjengelige i listen over NOAH-øker.

Merk: Anbefalingene for finjustering vil kun gis hvis tilpasningsformelen Adaptiv Phonak Digital brukes. Anbefalinger for finjustering kan ikke brukes hvis Brukerbasert læring er aktivert.



Enhetsvalg

Ved å klikke på [Enhetsvalg] kan du stille inn alternativer for høreapparater, slik som konfigurering av pip og alternativer for valgt tilbehør.




Fullføring av tilpasningsøkten

Du kan lukke økten når som helst ved å klikke på [Lagre & lukk sesjon] øverst i høyre hjørne i skjermbildet.

Standard dialogboks for lagring bekrefter at lagringen for høreapparater og tilbehør lyktes.

Etter lagringen vil Phonak Target føre deg tilbake til startskjermbildet.

Hvis du jobber med NOAH, kan du gå tilbake til NOAH ved å klikke på [Tilbake til NOAH] øverst i høyre hjørne i startskjermbildet.



  Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveits

CE-merket gjelder 2015