

Beställningsblankett Phonak CROS / CROS II

Steg 1 - Beställningsinformation

Audionom:
Telefon/e-post:
Hörcentral:
Patientnamn/Personnr:
Beställningsdatum:

Steg 2 - Audiogram

Höger:

Vänster:

250 500 1000 2000 4000 Hz

Örat är: ☐ mjukt ☐ normalt ☐ hårt

Erfarenhetsnivå: ☐ nybörjare ☐ erfaren

☐ mycket erfaren

Steg 3 - Välj sändare till det döva örat

Bakom-örat sändare

☐ Phonak CROS 312 ☐ CROS H20

Färg: _____

☐ CROS-hållare (hö + vä ingår i leverans)

Hö Vä Ange slanglängd 0-3

☐ ☐ Phonak CROS-insats ☐

☐ Utdragstråd

Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

Bakom-örat apparat för Phonak CROS/BiCROS

☐ Trådlös bakom-örat/CRT/RIC

Modell: _____

Färg: _____

I-örat sändare*

Hö Vä Skalstorlek

☐ ☐ Phonak CROS 312 ☐ ITC ☐ HS ☐ FS

☐ ☐ Phonak CROS 13

Färg frontplatta: ☐ beige ☐ tan ☐ kakao ☐ brun

Färg skal: ☐ beige ☐ tan ☐ kakao ☐ brun

☐ röd/blå ☐ vit ☐ transparent

Annat: ☐ Utdragstråd ☐ Storlek kan ändras om hörselgången är för liten

I -örat apparat för Phonak CROS/BiCROS

☐ Trådlös i-örat

I-örat apparat beställer du på den vanliga beställningsblanketten

Modell: _____

Tillval: _____

Övrigt: _____

Beställningen avser:

- ☐ Phonak CROS
- ☐ Phonak CROS II (endast till Venture)

* OBS! Vid CROS II kan i-örat sändare endast kombineras med Virto V

Beställningsblankett Phonak CROS/BiCROS Instruktioner

Steg 1 - Beställningsinformation

Fyll i alla uppgifter vi efterfrågar och ange önskat leveransdatum.

Ange också ett telefonnummer eller e-post adress där vi kan nå dig, om vi har frågor angående din beställning.

Steg 2 - Audiogram

Fyll i hörtröskelvärden i audiogramrutan eller bifoga en kopia på aktuellt audiogram.

Önskar du en akustiskt optimerad ventilation (AOV), måste audiogramkopia bifogas.

Steg 3 - Välj sändare till det döva örat

CROS/BiCROS-sändaren finns i antingen bakom-örat utförande eller i -örat utförande.

Om du ska använda bakom-örat modellen, ska du också välja insatsalternativ. CROS-hållaren är en standardslang, som levereras med varje sändare.

CROS-insatsen är en individuell insats av hård akryl. För detta alternativ krävs att ett avtryck bifogas. Du ska också ange vilken slanglängd du önskar (ljudslang 0-3).

Vill du ha en i-örat sändare väljer du skalstorlek, färg på frontplatta och skalsamt ev utdragstråd.

Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

Även här kan du välja mellan bakom-örat apparat och i-örat apparat. Bakom-örat apparaterna som kan användas som CROS/BiCROS är alla trådlösa Spice/Quest/Venture-apparater.

Du kan antingen beställa denna blankett eller enligt era vanliga beställningsrutiner.

Alla trådlösa Spice/Quest/Venture i-örat apparater kan användas för CROS/BiCROS. I-örat apparat beställes på vår vanliga beställningsblankett.

Om du önskar något tillbehör till CROS-systemet, som en fjärrkontroll eller en iCom, kan du beställa det här.

CROS eller CROS II

Du måste ange om din beställning avser Phonak CROS eller CROS II.

Phonak CROS kan kombineras med alla trådlösa Spice- och Quest- hörapparater.

CROS II kan endast användas till trådlösa Venture-hörapparater.

CROS II i-örat sändare kan endast kombineras med Virto V.

CROS II bakom-örat sändare kan endast användas med Venture bakom-örat apparater.